




**Tout prélèvement lié à un groupe sanguin (GR) ou
une recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) doit être
parfaitement identifié à partir d'un document officiel d'identité
selon l'arrêté du 15/05/2018.**

1. Prélèvement des tubes

Un groupage sanguin ABO-RH1 valide (= carte de groupe sanguin) est réalisé sur deux prélèvements **DIFFERENTS** à raison d'une détermination par prélèvement. La technique réalisée nécessite de prélever systématiquement un tube EDTA.

En cas de demande de **RAI**, il est nécessaire de remplir le document « Fiche de renseignements cliniques Immunohématologie » du laboratoire EUROFINs.

Tube EDTA



2. Identification des prélèvements

L'identité du patient doit être contrôlée à l'aide d'une **pièce d'identité** comportant une photographie, selon l'instruction **ACC/IT039 (et non de façon orale)**

En réponse à la réglementation du RNIV (Référentiel National d'IdentitoVigilance de Juin 21), décrivant l'utilisation/composition de l'INS (Identité National de Sécurité) : ACC/DX002 :

L'identité doit être reprise telle que le document d'identité :

- les tirets et apostrophes présents sur le document officiel doivent être saisis : Mr « L'EXEMPLE Jean-Paul » sur un document officiel doit rester « L'EXEMPLE Jean-Paul »
- si les prénoms du document officiel sont « Emmanuelle, Véronique », le 1er prénom est « Emmanuelle »
- si les prénoms du document officiel sont « Marie-Véronique », le 1er prénom est « Marie-Véronique »
- Si le nom de naissance est le même que le nom utilisé (ou nom d'usage), l'appellation « Né(e) » entre parenthèses après le nom suffit (**pour les hommes comme les femmes**).
- Le cadre ETAT CIVIL TRAITS STRICTS de l'écran ADMINISTRATIF d'Héxalis doit être corrigé en cas d'écart avec le document d'identité




Sur le tube prélevé, doivent figurer par obligation légale, **la civilité, le nom de naissance, le nom utilisé (ou nom d'usage), le prénom, la date de naissance.**

En cas d'anomalie, une non-conformité est ouverte et l'analyse reste en attente le temps que le problème soit résolu par le site en charge du dossier. Le tube ne peut être envoyé en technique durant ce délai.



ORDRE D'ETIQUETAGE

<p align="center">PRELEVEMENT EN INTERNE (personnel concerné : le préleveur)</p>	<p align="center">PRELEVEMENT EXTERNE (personnel concerné : la personne en charge de l'étiquetage des tubes de prélèvements externes)</p>
<p>1- L'identité du patient est vérifiée par le préleveur en salle de prélèvement (seconde vérification OBLIGATOIRE après celle du secrétariat).</p> <p>Le document officiel peut être transmis avec la fiche de prélèvement au préleveur (avec l'accord du patient)</p>	<p>1- vérifier que la fiche de prélèvement infirmier PLVMT/ENR001 présente le type de document officiel vérifié chez le patient : Type de document <i>coché</i> sur la fiche et/ou <i>N° du document</i> :</p> <p>PATIENT</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Identité vérifiée à partir d'un document officiel (minimum 1fois/an) <input type="checkbox"/> Carte d'identité <input type="checkbox"/> Carte de séjour <input type="checkbox"/> Acte de naissance <input type="checkbox"/> Passeport <input type="checkbox"/> Livret de famille </div> <p align="right"><i>Obligatoire pour CHAQUE demande de Groupe sanguin ou RAI</i></p>  <p>Si le type de document officiel n'est pas indiqué sur la fiche de prélèvement, l'analyse est annulée. L'identité doit être confirmée par le patient ou l'infirmier externe avant d'enregistrer (à nouveau) l'analyse</p>
<p>2- Si l'identité est correcte, le préleveur colle une étiquette patient VIERGE sur le tube EDTA, il vient y apposer ses INITIALES et le terme OK.</p> <p>Compléter par une écriture manuscrite SEULEMENT si l'identité est trop « longue » pour apparaitre correctement sur l'étiquette</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>M BIOL PROS RENE EBI Dn: 01/10/2012 BIOL PROS OK 57</p> </div> <p>Si l'identité n'est pas correcte, l'analyse est annulée. L'identité doit être corrigée pour un nouveau dossier</p>	<p>2 L'identité vérifiée, le personnel étiquetant doit apposer ses INITIALES et le terme OK IDE sur l'étiquette primaire du tube ou l'écriture manuscrite du préleveur externe</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>M BIOL PROS RENE EBI Dn: 01/10/2012 BIOL PROS OK 57 IDE</p> </div>
<p>3- L'étiquette avec le code barre de l'analyse est alors collée sur l'étiquette primaire (sans cacher les info. de l'étiquette primaire et le niveau de sang - rabattre l'étiquette sur elle-même si besoin).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>M BIOL PROS RENE Dn: 01/10/2012 BIOL PROS 0557 110321005557 GR - RAI 05/10/22-B-0557 14:16 EBIB</p> </div>	<p>3 - L'étiquette avec le code barre de l'analyse est alors collée sur l'étiquette primaire (sans cacher les info. de l'étiquette primaire et le niveau de sang - rabattre l'étiquette sur elle-même si besoin).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>M BIOL PROS RENE Dn: 01/10/2012 BIOL PROS 0557 110321005557 GR - RAI 05/10/22-B-0557 14:16 EBIB</p> </div>